



**Lilly Portugal – Produtos  
Farmacêuticos, Lda.**

Torre Ocidente  
Rua Galileu Galilei, 2  
Piso 7 - Fracção A/D  
1500-392 Lisboa  
Portugal  
Tel. +351 21 412 66 00  
Fax +351 21 410 99 44  
[www.lilly.pt](http://www.lilly.pt)

## **Comunicação aos Doentes**

### **INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA IMPORTANTE sobre Humalog® 200 unidades/ml KwikPen™ (insulina lispro) com o objetivo de minimizar os erros de medicação**

Este material destina-se a comunicar-lhe algumas informações importantes sobre a utilização segura e correta da Humalog 200 unidades/ml KwikPen (insulina lispro). Não utilize este medicamento sem ler primeiro o Folheto Informativo e o Manual do Utilizador (que anexamos).

#### **O que é Humalog?**

- Humalog é uma insulina de ação rápida utilizada para tratar a diabetes. Este medicamento destina-se a reduzir os níveis de açúcar no sangue.
- Estão agora disponíveis duas dosagens (concentrações) diferentes de Humalog KwikPen (100 unidades/ml e 200 unidades/ml), pelo que existe o risco de erros de medicação e de confusão entre as duas dosagens.

#### **O que é Humalog 200 unidades/ml KwikPen?**

- A KwikPen é uma caneta pré-cheia descartável destinada a administrar Humalog por injeção subcutânea (injeção sob a pele).
- Humalog 200 unidades/ml **SÓ** está disponível em caneta pré-cheia.

#### **O que precisa de saber antes de utilizar Humalog 200 unidades/ml KwikPen**

- Injete Humalog 200 unidades/ml **APENAS** com a KwikPen na qual é fornecida.
- **NÃO** utilize este medicamento numa seringa de insulina. As marcações das seringas de insulina não medirão corretamente a sua dose. A utilização de Humalog 200 unidades/ml noutro tipo de dispositivo de administração, como uma seringa de insulina ou uma bomba de infusão de insulina, pode dar origem a uma sobredosagem que pode causar uma diminuição grave dos seus níveis de açúcar no sangue e **PÔR A SUA VIDA EM RISCO**.
- Se mudar de uma concentração de Humalog para outra, não converta a sua dose, pois isso poderá levar à administração de uma dose menor ou maior e consequentemente a uma subida ou descida inadequada dos seus níveis de açúcar no sangue.
- O indicador da dose da Humalog 200 unidades/ml KwikPen deve ser sempre utilizado para selecionar a dose, a KwikPen fornece a dose exata que tiver sido marcada.
- Antes de injetar a dose, verifique quantas unidades foram marcadas na KwikPen.

- Quando receber a insulina, verifique sempre a embalagem e o rótulo da caneta, nomeadamente a designação, tipo e dosagem. Certifique-se de que recebeu a Humalog 200 unidades/ml KwikPen que o médico lhe disse para utilizar.
- Peça ao seu profissional de saúde para lhe explicar como utilizar corretamente a Humalog 200 unidades/ml KwikPen.
- A embalagem da Humalog 200 unidades/ml KwikPen contém as seguintes características gráficas, que o ajudarão a confirmar que se trata do medicamento correto:
  - Um retângulo de cor amarela com a advertência: “Use unicamente nesta caneta, ou poderá ocorrer uma sobredosagem grave”.
  - A dosagem de “200 unidades/ml” está inscrita num retângulo de cor amarela.
  - A cor de fundo é cinzento-escuro.




Cartonagem exterior da Humalog 200 unidades/ml KwikPen

- A caneta pré-cheia de Humalog 200 unidades/ml contém as seguintes características gráficas, que o ajudarão a confirmar que tem a caneta certa:
  - A cor da caneta é cinzento-escuro.
  - O rótulo da caneta é vermelho escuro (“bordeuax”) e tem um retângulo quadriculado.
  - A concentração de 200 unidades/ml está inscrita dentro de um retângulo de cor amarela.



Humalog 200 unidades/ml KwikPen

- A embalagem da Humalog 100 unidades/ml KwikPen contém as seguintes características gráficas, que o ajudarão a confirmar que se trata do medicamento correto:
  - A dosagem de “100 unidades/ml” está inscrita num fundo de cor branca.
  - A cor de fundo é branca.



Cartonagem exterior da Humalog 100 unidades/ml KwikPen

- A caneta pré-cheia de Humalog 100 unidades/ml contém as seguintes características gráficas, que o ajudarão a confirmar que tem a caneta certa:
  - A cor da caneta é azul.
  - O rótulo da caneta é de cor branca e tem um retângulo vermelho escuro (“bordeuax”).
  - A concentração de 100 unidades/ml está inscrita no fundo de cor branca.



Humalog 100 unidades/ml KwikPen

### Contactos para notificação

Para notificar erros de medicação, reações adversas ou reclamações ao medicamento em doentes tratados com Humalog 200 unidades/ml KwikPen, agradecemos que contacte a Lilly Portugal através dos seguintes contactos:

Telefone: +351 214 126 600

Telemóvel: +351 961 702 348 (24 horas)

E-mail: [farmacovigilancia\\_pt@lilly.com](mailto:farmacovigilancia_pt@lilly.com)

Fax: +351 214 109 081

Em alternativa, os erros de medicação, reações adversas ou reclamações ao medicamento podem ser notificados diretamente ao INFARMED I.P., através dos seguintes contactos:

INFARMED, I.P.,

Direção de Gestão de Risco de Medicamentos

Parque de Saúde de Lisboa, Av. Brasil, 53,

1749-004 Lisboa,

Tel: +351 217987373 e Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)

Fax: +351 2179873 97

Sítio da internet: <http://extranet.infarmed.pt/page..seram.frontoffice..seramhomepage>

E-mail: [farmacovigilancia@infarmed.pt](mailto:farmacovigilancia@infarmed.pt)

Este material não pretende fazer uma descrição exaustiva dos riscos associados à utilização do medicamento, antes de o utilizar leia o Folheto Informativo e o Manual do Utilizador, onde poderá obter mais informações. Se tiver alguma dúvida sobre este medicamento, agradecemos que contacte o profissional de saúde ou a Lilly Portugal através do número: +351 214 126 600.

Anexos: Folheto Informativo e Manual do Utilizador.