

## Circular Informativa

---

N.º ~~077~~/CD/550.20.001

Data: 14/06/2017

Assunto: **Rolo dérmico de micro-agulhas com marcação CE falsa**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt); Linha do Medicamento: 800 222 444

---


Os **rolos dérmicos de micro-agulhas** fabricados pela entidade **Guangzhou Ekai Electronic Technology Co., Ltd.** (China) para a entidade **Nimue Skin (Pty) Ltd.** (África do Sul) foram detetados, pela autoridade competente da Estónia, sem informação acerca do mandatário.

Apesar deste dispositivo apresentar a marcação CE 0120, o organismo notificado com esse código – SGS United Kingdom Limited – confirmou não ter as entidades supramencionadas na sua lista de clientes.

Em Portugal não foram identificados registos da comercialização de dispositivos médicos destas entidades, mas, atendendo a que existe livre circulação de produtos no espaço económico europeu, o Infarmed recomenda que este produto não seja adquirido nem utilizado, uma vez que apresenta aposta marcação CE 0120 falsa.

A existência deste dispositivo em Portugal deve ser reportada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: [daps@infarmed.pt](mailto:daps@infarmed.pt).

O Conselho Diretivo

  
Sofia de Oliveira Martins  
Vogal  
do Conselho Diretivo