

Circular Informativa

N.º 148/CD/550.20.001

Data: 21/12/2022

Assunto: **Suspensão imediata da comercialização e recolha do mercado do Lote 20211119 das “Luvas de Nitrilo” do fabricante WHITE STAR DEVELOPMENT GROUP LIMITED, mandatário EUROPECERT, marca PHAR+ e Refª WSNBR-01 (tamanhos S, M e L)**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI);
Tel. 21 798 7373; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800
222 444

No âmbito de uma ação de fiscalização de mercado foi identificada a disponibilização no mercado nacional do Lote 20211119 de “Luvas de Nitrilo” do fabricante WHITE STAR DEVELOPMENT GROUP LIMITED, mandatário EUROPECERT, marca PHAR+ e Refª WSNBR-01 (tamanhos S, M e L) com problemas de qualidade associados, nomeadamente, rasgões, furos, pontas dos dedos coladas e descontinuidade da espessura do material da luva.

Neste sentido, o INFARMED, I.P. ordenou a suspensão imediata da comercialização e recolha do mercado do Lote 20211119 de “Luvas de Nitrilo” do fabricante WHITE STAR DEVELOPMENT GROUP LIMITED, mandatário EUROPECERT, marca PHAR+ e Refª WSNBR-01 (tamanhos S, M e L).

As entidades que eventualmente disponham de unidades deste lote, deste dispositivo médico, não as devem utilizar e devem entrar em contacto com o importador no mercado nacional, a entidade PLASFER INDÚSTRIA E COMERCIO, LDA..

A Vogal do Conselho Diretivo

(Erica Viegas)