

Circular Informativa

N.º 140/CD/550.20.001

Data: 15/12/2025

Assunto: **Dispositivo médico falso 'Inline-Site Needle-Free Connector'**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373;
E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

Em Malta, foi identificada a comercialização do dispositivo médico 'Inline-Site Needle-Free Connector'.

Trata-se de um conector sem agulha e, de acordo com a informação disponibilizada, o produto apresenta aposta a seguinte informação na sua rotulagem:

- Designação: '**Inline-Site Needle-Free Connector**';
- Referência: EBNF001;
- Lote: 624424;
- **Zhejiang Runqiang Medical Instruments Co., Ltd. como fabricante,**
- Shanghai International Holding Corp. GmbH como mandatário,
- Marcação CE com o número de ON 0123.

No entanto, uma vez contactada a empresa Zhejiang Runqiang Medical Instruments Co., Ltd. pela autoridade competente congénere de Malta, esta informou **não ser o fabricante** deste produto, tratando-se de um **produto falso**.

A distinção entre o produto falso e o dispositivo original do fabricante Zhejiang Runqiang Medical Instruments Co., Ltd. é possível verificar através das fotografias ilustrativas que constam no **Anexo** da presente circular informativa.

Em Portugal, o Infarmed alertou de imediato todos os distribuidores que notificaram no Portal SIDM a comercialização de dispositivos médicos deste fabricante, concluindo-se que não foi identificada a presença de nenhuma unidade do produto falso em apreço.

No entanto, por precaução, e atendendo a que existe livre circulação de produtos no Espaço Económico Europeu, o Infarmed recomenda a todos os distribuidores e utilizadores que este produto não seja adquirido nem utilizado.

A deteção, em Portugal, de dispositivos nas condições acima descritas deve ser reportada à Direção de Produtos de Saúde do INFARMED, I.P. através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; e-mail: daps@infarmed.pt.

A Vogal do Conselho Diretivo

(Erica Viegas)

ANEXO

Produto falso: Inline-Site Needle-Free Connector



Dispositivo médico original do fabricante Zhejiang Runqiang Medical Instruments Co., Ltd.

