

N.º 105/CA
Data: 11/10/2005

Assunto: **Importância da manutenção preventiva de vaporizadores para anestesia**

Para: **Responsáveis pelo controlo do equipamento e material de anestesia.**

Contacto no INFARMED: Departamento de Vigilância de Produtos de Saúde
(Tel: 217987145; Fax: 217987367; email: dvps@infarmed.pt)

O INFARMED foi informado pela Autoridade Competente do Canadá de casos de mau funcionamento de vaporizadores para anestesia devido a falta de manutenção preventiva adequada.

Estes dispositivos administram aos doentes quantidades precisas de agentes anestésicos. Para garantir o seu funcionamento fiável e seguro é importante seguir um plano de manutenção que evite qualquer contaminação ou diminuição do desempenho.

Assim, o INFARMED recomenda que:

- sejam estabelecidos procedimentos adequados para garantir que a manutenção preventiva é efectuada de acordo com os planos recomendados pelo fabricante;
- todas as actividades de manutenção sejam documentadas e registadas;

Todos os incidentes ou quase incidentes relacionados com a utilização de dispositivos médicos devem ser comunicados ao INFARMED. Para tal poderá utilizar o modelo disponível em www.infarmed.pt/pt/vigilancia/prod_saude/profissionais_saude/index.html

O Conselho de Administração

