

Circular Informativa

N.º 030/CD/8.1.7.

Data: 17/02/2014

Assunto: **Lentes intraoculares Optitech Eyecare do fabricante Tarun Enterprises**

Para: Profissionais de Saúde


Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

Na sequência de um aumento do número de reações inflamatórias, na Lituânia, após a utilização do dispositivo médico **lentes intraoculares hidrofílicas acrílicas Optitech Eyecare, modelos OPF 6030 e OPF6025**, do fabricante **Tarun Enterprises**, sediado na Índia e cujo mandatário é Opitech Europe BVBA, a Autoridade Competente da Lituânia, por medida de precaução decidiu suspender a comercialização e a utilização destas lentes, no seu país, até esclarecimento destas ocorrências.

Assim, e apesar de não haver registo da comercialização deste dispositivo médico no mercado nacional nem da ocorrência de eventos adversos, o Infarmed recomenda:

- A verificação, nas unidades de saúde nacionais, da existência de embalagens deste dispositivo médico;
- Em caso de deteção das mesmas, a sua colocação em quarentena e o contacto imediato com a Unidade de Vigilância de Produtos de Saúde do Infarmed. (tel: + 351 21 798 71 45; fax: + 351 21 798 73 67 ou e-mail: dvps@infarmed.pt).

O Conselho Diretivo



Helder Mota Filipe
Vice-Presidente do
Conselho Diretivo