

Circular Informativa

N.º 008/CD/550.20.001

Data: 01/02/2016

Assunto: **Cola cirúrgica estéril GRF do fabricante Microval**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

A autoridade competente francesa decidiu, a 13 de outubro de 2015, suspender o fabrico, a colocação no mercado, a exportação, a distribuição e a utilização da **cola cirúrgica estéril GRF** do fabricante **Microval**, até que esse dispositivo esteja em conformidade com a legislação aplicável em vigor.

A decisão supramencionada também obriga o fabricante em apreço a recolher a **cola cirúrgica estéril GRF** do mercado.

Em Portugal, não foram identificados registos da comercialização da **cola cirúrgica estéril GRF** do fabricante **Microval**, mas, atendendo a que existe livre circulação de produtos no espaço económico europeu, o Infarmed recomenda que o dispositivo em apreço não seja adquirido nem utilizado.

A existência destes dispositivos em Portugal deve ser comunicada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: daps@infarmed.pt.

O Conselho Diretivo



Helder Mota Filipe
Vogal
do Conselho Diretivo