

N.º 115/CA
Data: 27-10-2005

Assunto: **Recolha voluntária do medicamento Physioneal 40 Glucose 1,36% p/v / 13,6 mg/ml, Solução para diálise Peritoneal, 4 bolsas duplas de câmara dupla de 2 litros lote n.º 05E31G11, val: 04/2007**

Para: **Divulgação Geral - Hospitais**

Contacto no INFARMED: Dra Fernanda Ralha

Muito Urgente

Comunica-se que a firma Baxter Médico-Farmacêutica, Lda, detectou a existência de um defeito de qualidade no **lote n.º 05E31G11, val: 04/2007**, do medicamento **medicamento Physioneal 40 Glucose 1,36% p/v / 13,6 mg/ml, Solução para diálise Peritoneal, 4 bolsas duplas de câmara dupla de 2 litros**, que se prende com a desconexão do conector branco da junção em "Y" do tubo de solução com tubo de drenagem.

Em virtude da firma mencionada ter detectado o defeito de qualidade descrito irá proceder à **recolha voluntária do lote n.º 05E31G11, val: 04/2007**, do medicamento **medicamento Physioneal 40 Glucose 1,36% p/v / 13,6 mg/ml, Solução para diálise Peritoneal, 4 bolsas duplas de câmara dupla de 2 litros**, pelo que o **Conselho de Administração do INFARMED** ordena a suspensão imediata da sua comercialização.

Com os melhores cumprimentos,

O Conselho de Administração



Helder Mota Filipe
Vice-Presidente do
Conselho de Administração