

N.º 199/CD
Data: 20/11/2007

Assunto: Falsificação de lotes dos Preservativos Durex Extra Safe, Durex Ribbed, Durex Performa, Durex Select, Durex Fetherlite, Durex Arouser, Durex Gossamer

Para: Divulgação Geral

Contacto no INFARMED, I.P.: Departamento de Dispositivos Médicos
(Tel: 217987235; Fax: 217987281; email: daps@infarmed.pt)

O INFARMED teve conhecimento através da Autoridade Competente Inglesa (MHRA) da colocação no mercado inglês, dos seguintes dispositivos médicos contrafeitos:

Nome do produto nas embalagens contrafeitas	Nº de lote impresso nas embalagens contrafeitas	Existência prévia do produto original
Durex extra safe (3 unidades)	20604354	Sim
Durex ribbed (3 unidades)	20905271	Sim
Durex ribbed (3 unidades)	20904142	Sim
Durex ribbed (3 unidades)	299118	Não
Durex performa (3 unidades)	TGL4142	Sim
Durex select (3 unidades)	P4379	Sim
Durex fetherlite (3 unidades)	21405074	Sim
Durex arouser (3 unidades)	20906043	Não
Durex gossamer (3 unidades)	21405074	Não

Não há evidência de que estes preservativos falsificados tenham sido fabricados de acordo com as normas apropriadas. Assim, uma eventual utilização poderá trazer como consequência uma inadequada protecção contra as infeções sexualmente transmissíveis ou gravidez. O fabricante dos preservativos Durex (SSL International) informou que os lotes originais disponibilizados no mercado com os códigos de lote


acima referidos provavelmente já não se encontram nos circuitos de comercialização, uma vez que foram distribuídos antes de Novembro de 2006.

O INFARMED, I.P. contactou com os distribuidores responsáveis pela distribuição em Portugal dos preservativos Durex, tendo sido informado que os preservativos acima referidos não foram por eles distribuídos no nosso país.

No entanto, dado que existe livre circulação de dispositivos médicos no Espaço Económico Europeu, os referidos preservativos poderão ter sido importados por vias paralelas, e encontrarem-se ilegalmente colocados no nosso mercado, pelo que o INFARMED recomenda o seguinte, no caso de ter comprado os preservativos mencionados no quadro anterior:

- confirme o nº de lote;
- no caso do nº de lote ser algum dos anteriormente mencionados não o venda / não o utilize, devolva-o ao fornecedor e informe o INFARMED, I.P..

O Conselho Directivo



Luisa Carvalho
Vice-Presidente do
Conselho Directivo