

N.º 017/CD
Data: 01/02/2008

Assunto: **Retirada de Certificado de Dispositivos Médicos do Fabricante Connect Medical Systems, Ltd.**

Para: Divulgação Geral

Contacto no INFARMED: Departamento de Dispositivos Médicos
(Tel: 217987235; Fax: 217987281; email: daps@infarmed.pt)

O INFARMED, I.P. teve conhecimento, através de informação disponibilizada pela Autoridade Competente do Reino Unido (MHRA), da retirada do Certificado nº GB99/50976, a 12 de Setembro de 2007, atribuído pelo Organismo Notificado SGS United Kingdom, Ltd. (0120) aos seguintes dispositivos médicos, colocados no mercado pelo fabricante Connect Medical Systems, Ltd.:

- Medical gas pipeline terminal units (BS5682): Oxygen; Nitrous Oxide; Oxygen/Nitrous Oxide mix; Medical Air (Air 400Kpa); Medical Air (700Kpa); Vacuum. Anaesthetic Gas Scavenging System Terminal Units (BS6834). Medical Air and Vacuum and Anaesthetic Gas Scavenging System Plant.

- Medical Gas & Vacuum – Area Valve Service Units & Line Isolating Valves. Medical Gas, Vacuum and AGSSm flexible Hose Assemblies.

Segundo a informação cedida pela Autoridade Competente, o fabricante não terá cumprido o calendário previsto para a implementação de acções correctivas solicitadas pelo ON.

Neste sentido, os dispositivos mencionados, com data de fabrico posterior a 12 de Setembro de 2007, não poderão ser colocados no mercado, até ser restabelecida a conformidade da sua avaliação que permita garantir que estes dispositivos médicos cumprem os requisitos da Directiva 93/42/CEE do Conselho, de 14 de Junho de 1993, que lhes são aplicáveis.

Até à data, o INFARMED, I.P. não possui informação sobre distribuidores que comercializem estes dispositivos médicos no mercado português.

Perante o exposto, caso estes produtos sejam detectados no nosso mercado, deverá:

- Contactar com o INFARMED, I.P.,
- Não utilizar os produtos em questão, dado que ostentam uma marcação CE indevida, estando em causa a sua avaliação quanto à sua segurança e qualidade.

O Conselho Directivo



Luisa Carvalho
Vice-Presidente do
Conselho Directivo