

N.º 090/CD  
Data: 23-04-2008

**Assunto: Recolha voluntária do medicamento Drytec Tecnécio-99M gerador estéril, lote 5666, validade 04/05/2008 – Alerta Classe I**

Para: Hospitais, Centros de Saúde, Grossistas, Açores, Madeira, Organizações Nacionais e Sub-Regiões, ARS

Contacto no INFARMED: Dra Fernanda Ralha – Departamento de Inspeção

---


## **Muito Urgente**

O INFARMED, I.P. informa que a firma Satis Lda, do Grupo GE Healthcare, Ltd, está a proceder à **recolha voluntária em todas as apresentações do lote nº 5666** com validade **04/05/2008**, do medicamento **Drytec Tecnécio-99M gerador estéril, cujo n.º de registo de AIM é 4205480**, em virtude de o medicamento em causa não cumprir as especificações do teste de esterilidade.

Assim, o **Conselho Directivo do INFARMED ordena** a suspensão imediata da comercialização e utilização do referido lote do medicamento.

Com os melhores cumprimentos,

O Conselho Directivo



(Vasco Maria)