

N.º 029/CD
Data: 18/02/2009

Assunto: **Recolha voluntária do soro fisiológico, lote nº SF83710 e lote nº SF84003, do fabricante Aliand - Laboratório de Produtos Químicos e Farmacêuticos, Lda.**

Para: Divulgação Geral, Farmácias e Locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica

Contacto no INFARMED: Direcção de Produtos de Saúde
(Tel.: 217987235; Fax: 217987281; e-mail: daps@infarmed.pt)


Comunica-se que o fabricante **Aliand - Laboratório de Produtos Químicos e Farmacêuticos, Lda**, do dispositivo médico, soro fisiológico destinado à lavagem nasal, em virtude de ter verificado que **dois lotes se encontram fora das especificações aplicáveis, apresentando contaminação microbiológica**, está a proceder à **recolha voluntária das embalagens de soro fisiológico do lote nº SF 83710 e lote nº SF84003**, pelo que o **Conselho Directivo do INFARMED, I.P., ordena a suspensão imediata da sua comercialização**.

O INFARMED, I.P., recomenda a não utilização destes soros fisiológicos, por não se encontrarem em conformidade com os requisitos essenciais, estabelecidos no Anexo I da Directiva 93/42/CEE transposta pelo Decreto-Lei nº 273/95, de 23 de Outubro na sua actual redacção.

Apesar de não ser previsível que a sua utilização possa estar claramente associada ao desenvolvimento de doença ou agravamento do estado de saúde, no caso da existência de dúvida deverá consultar o seu médico.

Com os melhores cumprimentos,

O Conselho Directivo



Luisa Carvalho
Vice-Presidente do
Conselho Directivo