

N.º 019/CD  
Data: 15/02/2011

Assunto: **Teste de gravidez Quick Vue Pregnancy Test**

Para: Divulgação geral


Contacto no Infarmed: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Linha do Medicamento: 800 222 444; Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt)

O dispositivo Médico para Diagnóstico *in vitro* Quick Vue Pregnancy Test está a ser alvo de contrafacção, uma vez que o mandatário Wellkang Tech Consulting do fabricante Core Technology Co, Ltd afirma que não ter fabricado nenhum dispositivo com este nome.

Esta situação foi detectada pela Autoridade Competente Polaca na sequência de se ter verificado que o teste de gravidez Quick Vue Pregnancy Test apresentava um prazo de validade incorrecto. A embalagem exterior referia o lote n.º 20100410 com a validade de 2012.04.30, enquanto a embalagem interior referia o lote n.º 20100115 com a validade de 01.2010.

Apesar de não haver evidência de que este dispositivo esteja a ser comercializado em Portugal, atendendo que existe livre circulação de produtos no espaço económico europeu, recomenda-se a todos os profissionais de saúde que, caso detectem a existência do referido teste de gravidez, não o utilizem e informem a Direcção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: [daps@infarmed.pt](mailto:daps@infarmed.pt).

O Conselho Directivo



Heider Mota Filipe  
Vice-Presidente do  
Conselho Directivo