Ministério da Saúde

infarmed
Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde I.P.

# Infarmed

## Circular Informativa

N.º 030/CD
Data: 28/02/2011

Assunto: **Cobertor térmico de nanocerâmica do fabricante Nuga Medical**

Para: Divulgação geral

Contacto no Infarmed: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Linha do Medicamento: 800 222 444; Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: cimi@infarmed.pt

Foi detectado, no mercado polaco, o dispositivo cobertor térmico de nanocerâmica (Heater Medical Use by Personal/ Thermal massager), modelos NM-80 e NM-2500 do fabricante Nuga Medical Co. Ltd. (Coreia), ostentando marcação CE indevida.

Trata-se de um pequeno cobertor eléctrico, constituído por alvéolos nanocerâmicos cuja composição inclui uma mistura de minerais que, de acordo com a informação do fabricante, se destina a melhorar a visão, regularizar o sono e eliminar tonturas, cansaço e toxinas.

Atendendo a que o fabricante não possui dados clínicos que suportem a finalidade médica reivindicada, o dispositivo em causa não demonstra conformidade com os requisitos essenciais exigíveis aos dispositivos médicos.

Face ao exposto, o Infarmed informa que:

- Até à data, não existe registo da comercialização deste produto no mercado português.
- Atendendo ao facto de existir livre circulação de bens e produtos no espaço económico europeu e existindo a possibilidade do dispositivo ser comercializado através da internet, os consumidores não devem adquirir e/ou utilizar os cobertores térmicos de nanocerâmica NM-80 e NM-2500, uma vez que não se pode assegurar a segurança, qualidade e desempenho destes produtos.

Caso a comercialização destes dispositivos seja detectada, tal deverá ser comunicado à Direcção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: daps@infarmed.pt.

O Conselho Directivo

Cristina Furtado
Vogal do
Conselho Directivo