

## Infarmed

## Circular Informativa

N.º 040/CD

Data: 11/03/2011

Assunto: **Recolha imediata de todas as embalagens comerciais dos dispositivos médicos, do fabricante Abílio Freire, Lda.**

Para: Divulgação geral

Contacto no Infarmed: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Linha do Medicamento: 800 222 444; Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt)


Os dispositivos médicos, fabricados pela empresa **Abílio Freire, Lda.**, designadamente **prancheta de algodão, ligaduras e peças de gaze**, não cumprem os requisitos essenciais exigíveis aos dispositivos médicos, previstos no Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho, pelo que, por deliberação do Conselho Directivo do Infarmed, é ordenada a suspensão imediata da comercialização e retirada imediata do mercado de todas as embalagens comerciais destes dispositivos médicos.

O fabricante dos dispositivos não demonstrou que estes foram concebidos e fabricados para que a sua utilização seja segura, quando utilizados nas condições e fins previstos.

Face ao exposto, o Infarmed informa o seguinte:

- Apesar de, à data, não existir registo de qualquer incidente ocorrido com estes dispositivos, os consumidores que os possuam não os devem utilizar;
- As entidades que disponham destes dispositivos não os podem vender; para obtenção de informações adicionais, devem contactar a empresa **Abílio Freire, Lda.**

O Conselho Directivo



Heider Mota Filipe  
Vice-Presidente do  
Conselho Directivo