

N.º 039/CD  
Data: 10/03/2011

Assunto: **Dispositivos intrauterinos (DIUs) do fabricante Medimec Sdn Bhd**

Para: Divulgação geral

Contacto no Infarmed: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Linha do Medicamento: 800 222 444; Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt)


Foram detectados, no mercado europeu, **dispositivos intrauterinos** (DIUs) do fabricante **Medimec Sdn Bhd** (Malásia) com marcação CE 0088 fraudulenta.

O Organismo Notificado em causa (LRQA - Loyd's Register Quality Assurance Limited - 0088), sediado no Reino Unido, informou a Autoridade Competente inglesa de que nunca emitiu qualquer Certificado CE para os produtos deste fabricante e alertou para o facto de terem sido identificados Certificados CE falsos (Certificados nº LRQ 0942127/D de Julho/2009).

Apesar de não haver registo da comercialização destes dispositivos no mercado nacional, mas atendendo a que existe livre circulação de produtos no espaço económico europeu, o Infarmed recomenda a todos os profissionais que:

- não utilizem os dispositivos intrauterinos (DIUs) do fabricante Medimec Sdn Bhd com marcação CE 0088, uma vez que estes ostentam uma marcação CE fraudulenta, estando em causa a sua segurança, qualidade e desempenho;
- caso detectem a existência do referido dispositivo, informem a Direcção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: [daps@infarmed.pt](mailto:daps@infarmed.pt).

O Conselho Directivo



Helder Mota Filipe  
Vice-Presidente do  
Conselho Directivo