

Infarmed

Circular Informativa

N.º 028/CD
Data: 24/02/2011

Assunto: **Recolha imediata de todas as embalagens do dispositivo médico algodão hidrófilo do fabricante Hidrave – Indústria de Algodão Hidrófilo e Cardado Crú**

Para: Divulgação geral

Contacto no Infarmed: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Linha do Medicamento: 800 222 444; Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: cimi@infarmed.pt


O **algodão hidrófilo** fabricado pela **Hidrave - Indústria de Algodão Hidrófilo e Cardado Crú, Lda.** não cumpre os requisitos essenciais exigíveis aos dispositivos médicos, previstos no Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho, pelo que, por deliberação do Conselho Directo do Infarmed, é ordenada a suspensão imediata da comercialização e retirada imediata do mercado de todas as embalagens destes dispositivos médicos.

O fabricante do dispositivo não demonstrou que este foi concebido e fabricado para que a sua utilização seja segura, quando utilizado nas condições e fins previstos.

Face ao exposto, o Infarmed informa o seguinte:

- Apesar de, à data, não existir registo de qualquer incidente ocorrido com este dispositivo, os consumidores que o possuam não o devem utilizar;
- As entidades que disponham deste dispositivo não o podem vender; para obtenção de informações adicionais, devem contactar a empresa **Hidrave - Indústria de Algodão Hidrófilo e Cardado Crú, Lda.**

O Conselho Directivo



Heider Mota Filipe
Vice-Presidente do
Conselho Directivo