

Infarmed

Circular Informativa

N.º 93/CD
Data: 30/04/2012

Assunto: **Retirada de Certificado CE de conformidade de dispositivos médicos de classe IIb do fabricante Mediconsult Intraocular GmbH**

Para: Divulgação geral

Contacto no Infarmed: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Linha do Medicamento: 800 222 444; Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: cimi@infarmed.pt


O Certificado CE de conformidade (com a referência 0197/HD 60028836 0001) emitido para os dispositivos médicos de classe IIb: lentes intraoculares, soluções viscoelásticas, anéis capsulares de tensão, do fabricante **Mediconsult Intraocular GmbH** (Alemanha), foi retirado pelo Organismo Notificado TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197), por impossibilidade de realização de auditoria de acompanhamento.

Face ao exposto, estes produtos poderão não cumprir com os requisitos legais aplicáveis aos dispositivos médicos.

Assim, e apesar de não haver registo da comercialização de dispositivos médicos deste fabricante no mercado nacional, o Infarmed recomenda que:

- Caso sejam encontrados os referidos dispositivos médicos no nosso mercado fabricados pela entidade mencionada, com data de fabrico posterior a 19 de abril de 2012, com marcação CE associada ao código 0197 e ao Certificado CE anteriormente mencionado, as entidades informem a Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: daps@infarmed.pt.
- Estes dispositivos médicos não sejam utilizados, uma vez que ostentam uma marcação CE indevida, pondo em causa a sua segurança, qualidade e desempenho.

O Conselho Diretivo



Helder Mota Filipe
Vice-Presidente do
Conselho Diretivo