

Infarmed

Circular Informativa

N.º 079/CD
Data: 30/03/2012

Assunto: **Suspensão do Certificado CE de conformidade de dispositivos do fabricante Taizhou Rich Medical Products Co. Ltd**

Para: Divulgação geral

Contacto no Infarmed: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Linha do Medicamento: 800 222 444; Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: cimi@infarmed.pt


O Certificado CE de conformidade (com a referência 0844263-00) emitido para **algodão estéril em bolas e em barra e caixas de curativos** do fabricante **Taizhou Rich Medical Products Co. Ltd. (China)**, foi retirado pelo Organismo Notificado SNCH - Soci  t   Nationale de Certification et D'Homologation S.  R.L. (0499), devido    aus  ncia de realiza  o de auditoria de acompanhamento.

Face ao exposto, estes produtos poder  o n  o cumprir os requisitos legais aplic  veis aos dispositivos m  dicos.

Assim, e apesar de n  o haver registo da comercializa  o de dispositivos m  dicos deste fabricante no mercado nacional, o Infarmed recomenda que:

- Caso sejam encontrados os referidos dispositivos m  dicos no nosso mercado fabricados pela entidade mencionada, com data de fabrico posterior a 03 de mar  o de 2012, com marca  o CE associada ao c  digo 0499 e ao Certificado CE anteriormente mencionado, os consumidores e as entidades informem a Dire  o de Produtos de Sa  de do Infarmed atrav  s dos contactos: tel: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: daps@infarmed.pt.
- Estes dispositivos m  dicos n  o sejam utilizados, uma vez que ostentam uma marca  o CE indevida, pondo em causa a sua seguran  a, qualidade e desempenho.

O Conselho Diretivo



Helder Mota Filipe
Vice-Presidente do
Conselho Directivo