Circular Informativa

N.º 135/CD/8.1.7.

Data: 16/06/2014

Assunto: **Contrafação do produto neodisher® Septo 459 do fabricante Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; *E-mail*: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

O fabricante **Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG** detectou, no mercado suíço, a existência de produto **neodisher® Septo 459** (desinfetante para endoscópios flexíveis) contrafeito.

De acordo com o fabricante, o produto contrafeito apresenta diferenças no rótulo relativamente ao produto original conforme Anexo.

Apesar de, em Portugal, não ter sido identificado registo da comercialização de neodisher® Septo 459 do fabricante Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG, mas atendendo a que existe livre circulação de produtos no espaço económico europeu, solicita-se a quem detetar, em Portugal, a existência deste produto que não o utilize e que informe a Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; *e-mail*:daps@infarmed.pt.

O Conselho Diretivo



Anexo

Diferenças no rótulo do contentor contrafeito

- No rótulo está realçada a quantidade de produto e a cor fundo do rótulo está alterada;
- Na parte inferior do contentor, abaixo do rótulo principal (não visível na imagem), está gravado "Global Can" (fabricante de contentores, que não o utilizado pelo fabricante do produto).