

Circular Informativa

N.º 254/CD/8.1.7.

Data: 18/12/2014

Assunto: **Ligaduras de compressão do fabricante Mediplast AB**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

A autoridade competente sueca identificou a existência de **ligaduras de compressão Danadur K, Danadur F, Danalan, Danauniversal e Danalastic**, do fabricante **Mediplast AB**, feitas com fios de algodão, provenientes de plantas do algodão tratadas com *Enterobacter cloacae*. As ligaduras em questão não são estéreis e a bactéria foi transferida para doentes causando infeções.

Face ao exposto, aquela autoridade proibiu o fabricante de disponibilizar os dispositivos com o risco de conter e transmitir a bactéria *Enterobacter cloacae*.

Em Portugal, não foram identificados registos da comercialização de **ligaduras de compressão**, do fabricante **Mediplast AB**, mas, atendendo a que existe livre circulação de produtos no espaço económico europeu, o Infarmed recomenda que as mesmas não sejam adquiridas nem utilizadas.

A existência destes dispositivos em Portugal deve ser reportada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: daps@infarmed.pt.

O Conselho Diretivo



Paula Dias de Almeida
Vogal do
Conselho Diretivo