

Circular Informativa

N.º 011/CD/8.1.7.

Data: 20/01/2015

Assunto: **Contrafação de preservativos da marca Durex**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444


A autoridade competente da Polónia detetou a existência de **preservativos da marca Durex** contrafeitos, nomeadamente lotes dos modelos **Durex**, **Durex Extra Safe**, **Durex Classic** e **Durex Pleasuremax**, identificados nas tabelas anexas.

Dos modelos acima indicados apenas os **Durex Extra Safe** e **Durex Pleasuremax** são comercializados em Portugal com as designações **Durex Extra Seguro** e **Durex Dame Placer**, respetivamente.

Em Portugal, até à data, não foram identificados **preservativos da marca Durex** contrafeitos, mas, atendendo a que existe livre circulação de produtos no espaço económico europeu, o Infarmed recomenda a quem possua este tipo de dispositivo médico que atente à presente informação, nomeadamente à constante das tabelas em anexo.

A existência em Portugal de dispositivos com características que evidenciem tratar-se de produto contrafeito deve ser reportada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: daps@infarmed.pt.

O Conselho Diretivo



Helder Mota Filipe
Vice-Presidente
do Conselho Diretivo

Tabela I

Artigos contrafeitos com números de lote iguais aos de produtos genuínos

Modelo	N.º de lote inscrito na cartonagem ou no invólucro de alumínio	Observações
Durex	20810194	Número de lote utilizado pelo fabricante para o modelo Durex Fetherlite Ultra (designado em Portugal por Durex Sensitivo Contacto Total).
	10820075	Número de lote utilizado pelo fabricante para o modelo Durex Classic. As embalagens contrafeitas contêm 3 invólucros numa mesma tira separados por picotado, enquanto o produto genuíno contém 3 invólucros individualizados.
Durex	0010725975	Número de lote utilizado pelo fabricante para o modelo Durex Elite (designado em Portugal por Durex Sensitivo Suave). Os invólucros contrafeitos apresentam cor azul, enquanto os invólucros do produto genuíno são vermelhos.
Durex Pleasuremax		
Durex Classic	10606173	Números de lote utilizados pelo fabricante apenas para dispositivos distribuídos na Polónia. O texto das embalagens contrafeitas apresenta erros ortográficos e os números de lote impressos nos invólucros não existem ou não correspondem ao número de lote impresso na cartonagem.
Durex Pleasuremax	10644641 (data de fabrico 06/06/2012)	

Tabela II
Artigos contrafeitos com números de lote não atribuídos pelo fabricante do produto genuíno

Modelo	N.º de lote inscrito na cartongagem	N.º de lote inscrito no invólucro de alumínio	Observações
Durex	001065266	00000347986 2060818 0D6390 0D1017	Números de lotes inexistentes
Durex Extra Safe	001065266	0D1017	
Durex Classic	—	2060818 0000347986	
Durex Pleasuremax	—	0D1017 0D6390 0000347986	