

Circular Informativa

N.º 186/CD/550.20.001

Data: 05/11/2015

Assunto: **Esterilizador Apus Quartz do fabricante Medical Trading s.r.l.**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444


A autoridade competente estónia identificou o dispositivo médico esterilizador **Apus Quartz**, do fabricante italiano **Medical Trading s.r.l.**, cuja marcação CE aposta não reflete a conformidade com a diretiva 93/42/CEE.

Face ao exposto, a autoridade competente italiana, a 28 de setembro de 2015, proibiu a comercialização do esterilizador **Apus Quartz**, do fabricante **Medical Trading s.r.l.**, e ordenou a recolha de todos os dispositivos comercializados.

Em Portugal, não foram identificados registos da comercialização de produtos do fabricante **Medical Trading s.r.l.**, mas, atendendo a que existe livre circulação de produtos no espaço económico europeu, o Infarmed recomenda que os dispositivos em apreço não sejam adquiridos nem utilizados.

A existência destes dispositivos em Portugal deve ser reportada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: daps@infarmed.pt.

O Conselho Diretivo


Helder Mota Filipe
Vice-Presidente
do Conselho Diretivo