

Sensores de Glicémia – disponibilidade no mercado

O abastecimento de sensores Freestyle Libre 2 tem conhecido nos últimos dias, constrangimentos reportados por algumas farmácias e doentes. O INFARMED, I.P. tem vindo a monitorizar o abastecimento destes sensores junto das farmácias, o que tem contribuído para a mitigação de situações pontuais de escassez.

Tendo em conta a existência daquelas dificuldades e o conseqüente atraso na disponibilização do referido dispositivo, o INFARMED, I.P. informa que será disponibilizado a partir da corrente semana um novo dispositivo designado Freestyle Libre 2 Plus. Este novo dispositivo em tudo é idêntico ao anterior, dispondo do mesmo preço e comparticipação.

Anexo: [circular emitida pelo INFARMED.](#)

Assessoria de Imprensa do INFARMED, I.P.
Infarmed, 03 de dezembro de 2024
Hugo.Grilo@Infarmed.pt