

Circular Informativa

N.º 047/CD/550.20.001

Data: 29/03/2016

Assunto: **Compressas de gaze estéreis Dukal Corporation**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

A autoridade competente cipriota decidiu retirar do mercado os dispositivos médicos **compressas de gaze estéreis Dukal Corporation** (com as dimensões 2"x2", 3"x3" e 4"x4"), dado estes não apresentarem a seguinte informação:

- marcação CE acompanhada de código de organismo notificado,
- nome e morada do fabricante,
- nome e morada do mandatário.

Em Portugal, não foi verificada a existência de registo da comercialização dos dispositivos **compressas de gaze estéreis Dukal Corporation**, mas, atendendo a que existe livre circulação de produtos no espaço económico europeu, o Infarmed recomenda que os referidos dispositivos não sejam adquiridos nem utilizados.

A existência destes dispositivos em Portugal deve ser reportada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: daps@infarmed.pt.

O Conselho Diretivo