

Compressas de Gaze Hidrófila de Algodão, em Não Tecido e Não Aderentes, em conformidade com os parâmetros analisados pelo Laboratório do INFARMED, I.P.

Parâmetros Laboratoriais

Microbiológicos

Ensaio de Esterilidade

CAVT* a 32,5°C

CAVT* a 22,5°C

Pesquisa de *Pseudomonas aeruginosa*

Pesquisa de *Staphylococcus aureus*

Pesquisa de Enterobactérias

Nº de compressas por embalagem

* Contagem dos germes aeróbios viáveis totais

Compressas de Gaze Hidrófila de Algodão, em Não Tecido e Não Aderentes, em conformidade com os parâmetros analisados pelo Laboratório do INFARMED, I.P.

Dispositivo Médico	Nº lote	Responsável por colocação no Mercado / Fabricante	Local de colheita	Data de Declaração de Conformidade
Compressas de Gaze Hidrófila Não esterilizadas Luteme 10 x 10 8 Cam 17F	031575	Luteme - Fábrica de Pensos Cirúrgicos, S.A	Luteme - Fábrica de Pensos Cirúrgicos, S.A	27-Set-06
Compressas de Gaze Hidrófila esterilizada 10 x 10 16 Cam 17F - Luteme	060517M	Luteme - Fábrica de Pensos Cirúrgicos, S.A	Luteme - Fábrica de Pensos Cirúrgicos, S.A	29-Set-06
Compressas de Gaze Hidrófila esterilizada 10 x 10 8 Cam 17F - Luteme	060421G	Luteme - Fábrica de Pensos Cirúrgicos, S.A	Luteme - Fábrica de Pensos Cirúrgicos, S.A	29-Set-06
Compressas de Gaze Hidrófila Não esterilizadas Albino Dias de Andrade 10 x 10 16 Cam 17F	023806NE	Albino Dias de Andrade, Lda	Albino Dias de Andrade, Lda	29-Set-06
Compressas de Gaze Hidrófila Esterilizada Albino Dias de Andrade 10 x 10 8 Cam 17F	E1349	Albino Dias de Andrade, Lda.	Albino Dias de Andrade, Lda.	30-Set-09
Compressas em Tecido Não Tecido esterilizadas 10 x 10 4 Cam - Albino Dias de Andrade	06/02/07E4 30	Albino Dias de Andrade, Lda.	Albino Dias de Andrade, Lda	29-Set-06
Compressas de Gaze Hidrófila prontas a esterilizar Albino Dias de Andrade 10 x 10 8 Camadas 17 fios	040306EM	Albino Dias de Andrade, Lda	Albino Dias de Andrade, Lda	29-Set-06

Compressas de Gaze Hidrófila de Algodão, em Não Tecido e Não Aderentes, em conformidade com os parâmetros analisados pelo Laboratório do INFARMED, I.P.

Dispositivo Médico	Nº lote	Responsável por colocação no Mercado / Fabricante	Local de colheita	Data de Declaração de Conformidade
Compressas de Gaze Hidrófila esterilizadas 10 x 10 8 Cam 17F - Albino Dias de Andrade	E933	Albino Dias de Andrade, Lda	Albino Dias de Andrade, Lda	29-Set-06
Compressas em Tecido Não Tecido Albino Dias de Andrade 10 x 10 4 camadas	046806NE	Albino Dias de Andrade, Lda	Albino Dias de Andrade, Lda	29-Set-06
Compressas em Tecido Não Tecido Bastos e Viegas 10 x 10 4 camadas	388637/1/A	Bastos e Viegas, S.A	Bastos e Viegas, S.A	29-Set-06
Compressas de Gaze Hidrófila esterilizadas 10 x 10 8 camadas 17 fios - Bastos Viegas	6011231	Bastos e Viegas, S.A	Bastos e Viegas, S.A	29-Set-06
Compressas de Gaze Hidrófila Bastos e Viegas 10 x 10 cm 16 camadas 17 Fios	401897/1/A	Bastos e Viegas, S.A	Bastos e Viegas, S.A	29-Set-06
Compressas de Gaze Hidrófila Albino Dias de Andrade prontas a esterilizar 10 x 10 8 Cam 17F	025906EM	Albino Dias de Andrade, Lda	Albino Dias de Andrade, Lda	29-Set-06
Compressas Operatórias de Gaze Hidrófila esterilizadas 30 x 40 4 camadas 17 fios - Bastos e Viegas	6040192	Bastos e Viegas, S.A	Bastos e Viegas, S.A	29-Set-06

Compressas de Gaze Hidrófila de Algodão, em Não Tecido e Não Aderentes, em conformidade com os parâmetros analisados pelo Laboratório do INFARMED, I.P.

Dispositivo Médico	Nº lote	Responsável por colocação no Mercado / Fabricante	Local de colheita	Data de Declaração de Conformidade
Compressas Operatórias de Gaze Hidrófila Não esterilizadas Bastos e Viegas 30 x 40 4 camadas 17 fios	210357/1/A	Bastos e Viegas, S.A	Bastos e Viegas, S.A	29-Set-06
Compressas de Gaze Hidrófila esterilizada 15 x 15 4 Camadas 17fios - Albino Dias de Andrade	E518	Albino Dias Andrade, Lda.	Farlab Comércio e Representações, Lda	29-Set-06
Compressas Não Tecido 10 x 10 cm 4 camadas - Mesoft	0691-00J1742	Molnlycke Health Care AB	Molnlycke Health Care AB	29-Set-06
Compressas Não Tecido 7,5 x 7,5 cm 4 camadas- Mesoft	0417 - 3072	Molnlycke Health Care AB	Molnlycke Health Care AB	29-Set-06
Compressas de Gaze Luteme Não Estéril 7,5 x 7,5 8 Cam 17F	06 0445	Luteme - Fábrica de Pensos Cirúrgicos, S.A	Anastácio Saldanha Unipessoal Lda	27-Set-06
Compressas de Tecido Não-Tecido Mesoft 10 x 10 cm 4 camadas	0603-7742	Anastácio Saldanha Unipessoal, Lda.	Anastácio Saldanha Unipessoal Lda	29-Set-06
Compressas de Tecido Não-Tecido Mesoft 7,5 x 7,5 cm 4 camadas	0540-8722	Anastácio Saldanha Unipessoal, Lda.	Anastácio Saldanha Unipessoal Lda	29-Set-06

Compressas de Gaze Hidrófila de Algodão, em Não Tecido e Não Aderentes, em conformidade com os parâmetros analisados pelo Laboratório do INFARMED, I.P.

Dispositivo Médico	Nº lote	Responsável por colocação no Mercado / Fabricante	Local de colheita	Data de Declaração de Conformidade
Compressas de Gaze Não esterilizadas OVERPHARMA 7,5 x 7,5 8 Cam 17F	X-0001	Overpharma - Produtos Médicos e Farmacêuticos, Lda	Overpharma - Produtos Médicos e Farmacêuticos, Lda	29-Set-06
Compressas de Gaze Não Esterilizadas Johnson & Johnson Medical 10 x 10 cm	0611	Johnson & Johnson Medical	Johnson & Johnson Medical	29-Set-06
Compressas de gaze Não Esterilizadas Johnson & Johnson Medical 7,5 x 7,5 cm	0609	Johnson & Johnson Medical	Johnson & Johnson Medical	29-Set-06
Adaptic - Compressa não Aderente Estéril 7.6cm x 7.6cm - Johnson&Johnson Medical	406185	Johnson&Johnson Medical, Lda.	Entregue ao INFARMED por: Johnson&Johnson Medical, Lda.	16-Mar-10
Compressa não Aderente Estéril 25/9.5cmx 9.5cm - Johnson&Johnson Medical	0612	Johnson&Johnson Medical, Lda.	Entregue ao INFARMED por: Johnson&Johnson Medical, Lda.	29-Set-06
Compressas Cirúrgicas Estéreis (7.62cm x 7.62cm) - Johnson&Johnson Medical	LX526	Johnson&Johnson Medical, Lda.	Entregue ao INFARMED por: Johnson&Johnson Medical, Lda.	29-Set-06
Compressas de Gaze Hidrófila esterilizada 10x10 8 cam 17F - Luteme	060464H	Luteme - Fábrica de Pensos Cirúrgicos, S.A	Entregue ao INFARMED por: Anastácio Saldanha Unipessoal, Lda.	29-Set-06

Compressas de Gaze Hidrófila de Algodão, em Não Tecido e Não Aderentes, em conformidade com os parâmetros analisados pelo Laboratório do INFARMED, I.P.

Dispositivo Médico	Nº lote	Responsável por colocação no Mercado / Fabricante	Local de colheita	Data de Declaração de Conformidade
Compressas de Gaze Hidrófila esterilizada 7,5X7,5 8Cam 17F - Luteme	060736A	Luteme - Fábrica de Pensos Cirúrgicos, S.A	Entregue ao INFARMED por: Anastácio Saldanha Unipessoal, Lda.	29-Set-06
Compressas de Gaze Estéreis 5x5 cm 8 Camadas 17 Fios - Bastos Viegas	4120308	Bastos Viegas, S.A	Entregue ao INFARMED por: Aga Álcool Géneros Alimentares, S.A	29-Set-06
Compressas não Tecido Estéreis 10x10 4 DOB 30 gr -Torras Valenti	X-0011	Torras Valenti, S.A	Entregue ao INFARMED por: Overpharma Prod. Médicos e Farmacêuticos.	29-Set-06
Compressas de Gaze Esterilizadas 30x30 cm - 100% algodão - LBD	5004500	LBD	Entregue ao INFARMED por: La Brosse et Dupont Portugal.	29-Set-06
Compressas de Tecido não Tecido Ultra Suaves Esterilizadas 7,5x7,5cm - LBD	6001508	LBD	Entregue ao INFARMED por: La Brosse et Dupont Portugal.	29-Set-06
Compressas de Gaze Esterilizadas 20x20 cm - 100% algodão - LBD	5004786	LBD	Entregue ao INFARMED por: La Brosse et Dupont Portugal.	29-Set-06
Compressas de Gaze Esterilizadas 20x20 cm - 100% algodão - LBD	6002964	LBD	Entregue ao INFARMED por: La Brosse et Dupont Portugal.	29-Set-06

Compressas de Gaze Hidrófila de Algodão, em Não Tecido e Não Aderentes, em conformidade com os parâmetros analisados pelo Laboratório do INFARMED, I.P.

Dispositivo Médico	Nº lote	Responsável por colocação no Mercado / Fabricante	Local de colheita	Data de Declaração de Conformidade
Compressas de Gaze Hidrófila Não esterilizadas 7,5x7,5, 8 Cam 17 fios - Luteme	061601	Luteme - Fábrica de Pensos Cirúrgicos, S.A	Entregue no Infarmed por: Luteme - Fábrica de Pensos Cirúrgicos, S.A	31-Out-06
Compressas de Gaze Hidrófila Não esterilizadas 20x15, 8 Cam 17 fios - Luteme	061605	Luteme - Fábrica de Pensos Cirúrgicos, S.A	Entregue no Infarmed por: Luteme - Fábrica de Pensos Cirúrgicos, S.A	31-Out-06
Compressas de Gaze Hidrófila Não esterilizadas 20x15, 8 Cam 17 fios - Luteme	061606	Luteme - Fábrica de Pensos Cirúrgicos, S.A	Entregue no Infarmed por: Luteme - Fábrica de Pensos Cirúrgicos, S.A	31-Out-06
Compressas de Gaze Hidrófila Não esterilizadas 30x15, 8 Cam 17 fios - Luteme	061610	Luteme - Fábrica de Pensos Cirúrgicos, S.A	Entregue no Infarmed por: Luteme - Fábrica de Pensos Cirúrgicos, S.A	31-Out-06
Compressas estéreis "surgical patties" Neurosorb 140x13x25 mm - Aesculap AG & Co. KG	513826	Aesculap AG & Co. KG	Entregue no Infarmed por: B Braun Surgical Produtos Hospitalares, Lda.	22-Set-09
Compressas de Gaze Hidrófila Não esterilizadas 10x10, 8 Cam 17 fios - Luteme	061642	Luteme - Fábrica de Pensos Cirúrgicos, S.A	Entregue no Infarmed por: Luteme - Fábrica de Pensos Cirúrgicos, S.A	31-Out-06
Compressas de Gaze Hidrófila Não esterilizadas 10x10, 8 Cam 17 fios - Luteme	061644	Luteme - Fábrica de Pensos Cirúrgicos, S.A	Entregue no Infarmed por: Luteme - Fábrica de Pensos Cirúrgicos, S.A	31-Out-06

Compressas de Gaze Hidrófila de Algodão, em Não Tecido e Não Aderentes, em conformidade com os parâmetros analisados pelo Laboratório do INFARMED, I.P.

Dispositivo Médico	Nº lote	Responsável por colocação no Mercado / Fabricante	Local de colheita	Data de Declaração de Conformidade
Compressas de Gaze Hidrófila Não esterilizadas 10x10, 8 Cam 17 fios - Luteme	061643	Luteme - Fábrica de Pensos Cirúrgicos, S.A	Entregue no Infarmed por: Luteme - Fábrica de Pensos Cirúrgicos, S.A	31-Out-06
Compressas de Gaze Hidrófila Não esterilizadas 20x15, 8 Cam 17 fios - Luteme	061645	Luteme - Fábrica de Pensos Cirúrgicos, S.A	Entregue no Infarmed por: Luteme - Fábrica de Pensos Cirúrgicos, S.A	31-Out-06
Compressas de Gaze Hidrófila Não esterilizadas 20x20, 8 Cam 17 fios - Luteme	061647	Luteme - Fábrica de Pensos Cirúrgicos, S.A	Entregue no Infarmed por: Luteme - Fábrica de Pensos Cirúrgicos, S.A	31-Out-06
Compressas estéreis 10 x 20 cm - Askina Pad - B. Braun	6203351	B. Braun Medical, Lda	Entregue no Infarmed por: B. Braun Medical, Lda	22-Set-09
Compressas estéreis 5 x 5 cm - Askina Pad - B. Braun	6342351	B. Braun Medical, Lda	Entregue no Infarmed por: B. Braun Medical, Lda	22-Set-09
Compressas estéreis 10 x 10 cm - Askina Mullkompressen - B. Braun	55122607	B. Braun Medical, Lda	Entregue no Infarmed por: B. Braun Medical, Lda	17-Ago-09
Compressas estéreis 7,5 x 7,5 cm - Askina Mullkompressen - B. Braun	60155604	B. Braun Medical, Lda	Entregue no Infarmed por: B. Braun Medical, Lda	17-Ago-09

Compressas de Gaze Hidrófila de Algodão, em Não Tecido e Não Aderentes, em conformidade com os parâmetros analisados pelo Laboratório do INFARMED, I.P.

Dispositivo Médico	Nº lote	Responsável por colocação no Mercado / Fabricante	Local de colheita	Data de Declaração de Conformidade
Compressas estéreis 10 x 10 cm - Askina Pad - B. Braun	6075351	B. Braun Medical, Lda	Entregue no Infarmed por: B. Braun Medical, Lda	17-Ago-09
Compressas de gaze Hidrófila esterilizada 45x45 4 Cam 17 F - Overpharma	X-0097	Overpharma - Produtos Médicos e Farmacêuticos, Lda	Entregue ao INFARMED por: Overpharma - Produtos médicos e farmacêuticos, Lda.	24-Jul-07
Compressas de Gaze Hidrófila esterilizada Pingo Doce 20 x 20 cm - Eurosirel	07-160	Eurosirel S.p.A.	Gestirethalho (Jerónimo Martins)	05-Dez-08
Compressas de Gaze Hidrófila esterilizada Mercurochrome 20x20 cm	1166886	Laboratórios Mercurochrome.	Modelo Continente Hipermercados,S.A.	20-Jun-08
Compressas de Gaze em Algodão hidrófilo esterilizada Continente 30 x 30 cm - Eurosirel	07-330	EUROSIREL S.p.A	Modelo Continente Hipermercados,S.A.	20-Jun-08