

Circular Informativa

N.º 020/CD/550.20.001

Data: 17/02/2017

Assunto: **Sistema de imagiologia dentária VisiQuick**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

Foi detetado, no mercado europeu, que o dispositivo médico **sistema de imagiologia dentária VisiQuick**, do fabricante holandês **Thomas Monitor Systems**, não dispõe de marcação CE, pelo que não cumpre a legislação aplicável aos dispositivos médicos.

Em Portugal não foram identificados registos da comercialização deste dispositivo, mas, atendendo a que existe livre circulação de produtos no espaço económico europeu, o Infarmed recomenda que este produto não seja adquirido nem utilizado.

A existência deste dispositivo em Portugal deve ser reportada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: daps@infarmed.pt.

O Conselho Diretivo