

Circular Informativa

N.º 156/CD/550.20.001

Data: 06/12/2017

Assunto: **Dispositivo de microagulhas Dermapen e cartuxos de agulhas**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

A autoridade competente irlandesa identificou, no seu mercado, os dispositivos médicos microagulhas **Dermapen**, do fabricante **Dermapenworld**, e **cartuxos de agulhas**, do fabricante **Sunwoo**, com marcação CE aposta, mas não conseguiu confirmar se os mesmos têm a certificação apropriada para apresentar essa marcação.



Em Portugal, não foram identificados registos da comercialização destes dispositivos, mas, atendendo a que existe livre circulação de produtos no espaço económico europeu, o Infarmed recomenda que os mesmos não sejam adquiridos nem utilizados, uma vez que a sua qualidade, segurança e desempenho não podem ser assegurados.

A existência destes dispositivos em Portugal deve ser reportada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: daps@infarmed.pt.

O Conselho Diretivo