

Circular Informativa

N.º 116/CD/550.20.001

Data: 14/09/2017

Assunto: **Tubos Plasmolifting do fabricante Chengdu Rich Science Industry Co. Ltd.**

Para: Divulgação geral e Laboratórios

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

A autoridade competente lituana identificou que o dispositivo médico **tubo para preparação de plasma rico em plaquetas Plasmolifting** (ver imagem), do fabricante **Chengdu Rich Science Industry Co. Ltd.** (China), não cumpre a legislação aplicável aos dispositivos médicos.



Em Portugal, não foram identificados registos da comercialização deste dispositivo, mas, atendendo a que existe livre circulação de produtos no espaço económico europeu, o Infarmed recomenda que o produto em apreço não seja adquirido nem utilizado.

A existência deste produto em Portugal deve ser reportada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: daps@infarmed.pt.

O Conselho Diretivo