

## Circular Informativa

N.º 155/CD/550.20.001

Data: 30/11/2017

Assunto: **Recolha de lotes das lentes de contacto Acuvue Advance, Acuvue Oasys e 1-day Acuvue Moist para Astigmatism**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt); Linha do Medicamento: 800 222 444

A Johnson & Johnson Vision Care Inc. (JJVC) está a proceder à recolha voluntária dos seguintes lotes de lentes de contato:

Nome do dispositivo	Especificação	Número de lote
Acuvue Advance	Raio 8.7 Graduação -4.75D	L002FNL
	Raio 8.7 Graduação -5.00D	L002V94
	Raio 8.7 Graduação -10.00D	B00DHLP
Acuvue Oasys	Raio 8.8 Graduação -4.00D	L002NCS
	Raio 8.8 Graduação -4.50D	L002QH9
1-day Acuvue Moist para Astigmatism	Raio 8.5 Graduação -7.50D, -1.25x180	B00LF41 (número do lote convertido F00LF41)

Os números de lote constam no recipiente individual das lentes de contacto, bem como na área de código de barras das caixas.

Esta recolha resulta da deteção de um pelo de escova entre o recipiente que contém a lente (blister) e o papel de alumínio. Este pelo provém de uma escova de limpeza usada periodicamente

no processo de fabrico, tendo o fabricante adotado medidas para prevenir que esta situação volte a ocorrer. Não houve, até à data, notificações de reações adversas devidas a este problema.

Perante o acima exposto, e caso possua lentes de contactos incluídas nos lotes afetados, deve:

1. Parar de usar as lentes pertencentes a estes lotes;
2. Contactar o médico imediatamente no caso de apresentar irritação, dor, vermelhidão ou alterações na visão após retirar as lentes.
3. Contactar o Apoio ao Cliente (800 200 243 ou [clientes@cscs.jnj.com](mailto:clientes@cscs.jnj.com)) para devolução e substituição do produto;

Quaisquer incidentes ou outros problemas relacionados com estes dispositivos devem ser notificados à Unidade de Vigilância de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 71 45; fax: +351 21 111 7559; e-mail: [dvps@infarmed.pt](mailto:dvps@infarmed.pt).

O Conselho Diretivo