

Circular Informativa

N.º 087/CD/550.20.001

Data: 13/07/2017

Assunto: **Recolha voluntária dos cateteres venosos periféricos Pluscan Alpha Safe**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444


O fabricante Mediplus (Índia) Limited está a recolher, através do distribuidor Socime II Produtos Médicos Lda., todos os lotes dos dispositivos médicos **cateteres venosos periféricos Pluscan Alpha Safe** (fabricados até dezembro de 2016).

Esta recolha voluntária foi motivada por várias reclamações/incidentes relacionados com a dificuldade de utilização deste dispositivo médico, tais como falhas do mecanismo de segurança (com risco acrescido de picada acidental do profissional de saúde, o que se verificou em alguns casos), perda de sangue e necessidade de puncionar várias vezes o doente.

Assim, o Infarmed determina a suspensão imediata da comercialização e retirada do mercado nacional de todos os lotes (ou seja, os fabricados até dezembro de 2016) do cateter **Pluscan Alpha Safe**, do fabricante Mediplus (Índia) Limited.

Quaisquer incidentes ou outros problemas relacionados com este dispositivo médico devem ser notificados à Unidade de Vigilância de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 71 45; fax: +351 211 117 559; e-mail: dvps@infarmed.pt.

O Conselho Diretivo



Sofia de Oliveira Martins
Vogal
do Conselho Diretivo