

## Circular Informativa

N.º 004/CD/550.20.001

Data: 10/01/2018

Assunto: **Agulhas estéreis para acupunctura C&G Plus**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt); Linha do Medicamento: 800 222 444

Na Bélgica foi intercetada uma encomenda de **agulhas estéreis para acupunctura C&G Plus**, do fabricante **Helio Medical Supplies Inc.**

De acordo com organismo notificado BSI (0086), a marcação CE0086 aposta nesses dispositivos é ilegal.



Em Portugal, não foram identificados registos da comercialização destes dispositivos, mas, atendendo a que existe livre circulação de produtos no espaço económico europeu, o Infarmed recomenda que os mesmos não sejam adquiridos nem utilizados, uma vez que a sua qualidade, segurança e desempenho não podem ser assegurados.

A existência destes dispositivos em Portugal deve ser reportada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: [daps@infarmed.pt](mailto:daps@infarmed.pt).

O Conselho Diretivo