

Circular Informativa

N.º 049/CD/550.20.001

Data: 03/03/2018

Assunto: **Dispositivo de terapia laser Motus do fabricante Allroll Germany UG**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

Foi detetado, no mercado lituano, a existência do **dispositivo de terapia laser Motus**, modelo **EA-Cure**, do fabricante **Allroll Germany UG**, que não cumpre com a legislação aplicável aos dispositivos médicos, por não apresentar nome e endereço do fabricante e código de organismo notificado.

Por estes motivos, a autoridade competente daquele país determinou a sua retirada do mercado.



Em Portugal não foram identificados registos da comercialização deste dispositivo, mas, atendendo a que existe livre circulação de produtos no espaço económico europeu, o Infarmed recomenda que o mesmo não seja adquirido nem utilizado.

A existência deste dispositivo em Portugal deve ser reportada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: daps@infarmed.pt.

O Conselho Diretivo