

Circular Informativa

N.º 171/CD/550.20.001

Data: 12/12/2018

Assunto: **Dispositivo gerador de frequência Super Ravo Zapper**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

Foi detetada, no mercado polaco, a existência do **dispositivo gerador de frequência Super Ravo Zapper**, do fabricante **Z-Technology s.r.o.**

A autoridade competente polaca considera que o produto é um dispositivo médico. Dado que o mesmo não apresenta aposta marcação CE, aquela autoridade emitiu uma decisão de retirada do mercado do produto.

Em Portugal não foram identificados registos da comercialização deste dispositivo, mas, atendendo a que existe livre circulação de produtos no espaço económico europeu, o Infarmed recomenda que o mesmo não seja adquirido nem utilizado, uma vez que a sua qualidade, segurança e desempenho não podem ser assegurados.

A existência deste dispositivo em Portugal deve ser reportada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: daps@infarmed.pt.

O Conselho Diretivo