

Circular Informativa

N.º 134/CD/550.20.001

Data: 26/08/2019

Assunto: **Seringas DISPO VAN do fabricante Hindustan Syringes & Medical Devices Ltd**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373;
Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

A autoridade competente grega iniciou a recolha dos lotes 841541 e 907441 das **seringas DISPO VAN para administração de insulina**, U-100 1 ml, do fabricante **Hindustan Syringes & Medical Devices Ltd**, devido à deteção de resultados fora de especificação aquando da realização de testes laboratoriais.

Em Portugal, não foram identificados registos da comercialização de dispositivos médicos deste fabricante, mas, atendendo a que existe livre circulação de produtos no Espaço Económico Europeu, o Infarmed recomenda que o dispositivo em apreço não seja adquirido nem utilizado.

A deteção, em Portugal, deste dispositivo deve ser reportada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; e-mail: daps@infarmed.pt.

O Conselho Diretivo