

Circular Informativa

N.º 029/CD/550.20.001

Data: 05/02/2019

Assunto: **Dispositivo médico falsificado - Kit de máscara nebulizadora do fabricante Hangzhou Medtec Medical Devices Co., Ltd**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

Foi identificada, no mercado turco, uma falsificação do **kit de máscara nebulizadora** do fabricante **Hangzhou Medtec Medical Devices Co., Ltd**.

Apesar da menção a este fabricante constar na rotulagem do produto com número de lote 201711001, o fabricante Hangzhou Medtec Medical Devices Co., Ltd informou que este dispositivo não foi fabricado por si.

O fabricante também indicou que não comercializa este dispositivo no mercado turco.

Em Portugal, não foram identificados registos da comercialização de dispositivos deste fabricante, mas, atendendo a que existe livre circulação de produtos no Espaço Económico Europeu, o Infarmed recomenda que a existência deste dispositivo em Portugal deve ser reportada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: daps@infarmed.pt.



O Conselho Diretivo