

## Circular Informativa

N.º 164/CD/550.20.001


Data: 29/10/2019

Assunto: **Dispositivos do fabricante Henan Baistra Industries Corp - Marcação CE falsa**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373;  
Fax: 21 111 7552; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt); Linha do Medicamento: 800 222 444

Foi identificada a venda *online* de dispositivos médicos para a área dentária **AZDENT**, do fabricante **Henan Baistra Industries Corp**, que apresentam marcação CE 0197 falsa.



Em Portugal, não foram identificados registos da comercialização de dispositivos médicos deste fabricante, mas, atendendo a que existe livre circulação de produtos no Espaço Económico Europeu e que estes dispositivos podem ser comprados através da *internet*, o Infarmed recomenda que os mesmos não sejam adquiridos nem utilizados, uma vez que não foram alvo de avaliação de conformidade e ostentam marcação CE 0197 falsa, o que põe em causa a sua segurança, qualidade e desempenho.

A deteção, em Portugal, destes dispositivos deve ser reportada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; e-mail: [daps@infarmed.pt](mailto:daps@infarmed.pt).

O Conselho Diretivo