

Circular Informativa

N.º 155/CD/550.20.001

Data: 23/10/2019

Assunto: **Micropipetas para fertilização *in vitro* ICSI do fabricante Monash Biotech Pvt. Ltd.**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373;
Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

As **micropipetas para fertilização *in vitro* ICSI** (injeção intracitoplasmática de espermatozoides) do fabricante **Monash Biotech Pvt. Ltd.** apresentam marcação CE indevida, pelo que foi proibida a sua comercialização pela autoridade competente dinamarquesa.

Em Portugal, não foram identificados registos da comercialização de dispositivos médicos deste fabricante, mas, atendendo a que existe livre circulação de produtos no Espaço Económico Europeu, o Infarmed recomenda que os dispositivos em apreço não sejam adquiridos nem utilizados.

A deteção, em Portugal, destes dispositivos deve ser reportada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; e-mail: daps@infarmed.pt.

O Conselho Diretivo