

Circular Informativa

N.º 090/CD/550.20.001

Data: 23/05/2019

Assunto: **Sistemas para colheita de sangue Meaplasma do fabricante Invivo-Tech LLC**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373;
Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

Foram detetados, no mercado romeno, **sistemas para colheita de sangue Meaplasma**, fabricados por **Zhejiang Gongdong Medical Technology Co. Ltd.**, por encomenda do fabricante **Invivo-Tech LLC**, em situação ilegal.



Assim, a autoridade competente romena proibiu a entrada em serviço desses dispositivos.

Em Portugal não foram identificados registos da comercialização de dispositivos deste fabricante, mas, atendendo a que existe livre circulação de produtos no Espaço Económico Europeu, o Infarmed recomenda que os dispositivos supracitados não sejam adquiridos nem utilizados.

A existência destes dispositivos em Portugal deve ser reportada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; e-mail: daps@infarmed.pt.

O Conselho Diretivo