

Circular Informativa

N.º 152/CD/550.20.001

Data: 11/10/2019

Assunto: **Termómetro thermo capsule PDT-100 do fabricante Partron Co Ltd**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373;
Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

O termómetro **thermo capsule PDT-100**, do fabricante **Partron Co Ltd**, estava a ser comercializado como um dispositivo médico no mercado finlandês sem marcação CE.

De acordo com o representante comercial europeu do fabricante, o produto não foi colocado no mercado como dispositivo médico. No entanto, de acordo com o manual de utilização, o produto é destinado pelo fabricante à medição de temperatura corporal, entre outras, tais como de alimentos, objetos e ambiente.

Em Portugal, não foram identificados registos da comercialização de dispositivos médicos deste fabricante, mas, atendendo a que existe livre circulação de produtos no Espaço Económico Europeu, o Infarmed recomenda que o produto em apreço não seja adquirido nem utilizado para uma finalidade médica.

A deteção, em Portugal, deste produto deve ser reportada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; e-mail: daps@infarmed.pt.

O Conselho Diretivo