

Circular Informativa

N.º 017/CD/550.20.001

Data: 10/01/2020

Assunto: **Dispositivos do fabricante Zhejiang Runqiang Medical Instruments Co. Ltd.**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373;
Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

Foi identificada, no mercado romeno, a disponibilização do dispositivo médico **agulha espinal 25G x 90 mm**, do fabricante **Zhejiang Runqiang Medical Instruments Co. Ltd.**, fabricado entre 12/12/2017 e 28/02/2018 sem certificado de exame CE de conceção válido.

Em Portugal, não foram identificados registos da comercialização deste dispositivo, mas, atendendo a que existe livre circulação de produtos no Espaço Económico Europeu, o Infarmed recomenda que o dispositivo supramencionado não seja adquirido nem utilizado.



A deteção, em Portugal, deste dispositivo deve ser reportada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; e-mail: daps@infarmed.pt.

O Conselho Diretivo