

Circular Informativa

N.º 165/CD/550.20.001

Data: 20/10/2020

Assunto: **Falsificação do dispositivo para preenchimento dérmico Juvéderm VOLUMA do fabricante ALLERGAN (FR)**

Para: Divulgação geral



Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444


O distribuidor em Portugal dos produtos ALLERGAN informou o Infarmed, I.P. da identificação do dispositivo para preenchimento dérmico Juvéderm VOLUMA, do fabricante ALLERGAN (FR), contrafeito.

O produto foi comprado por um cidadão português no Brasil, a uma empresa que alegadamente o adquiriu a partir da China.

O fabricante confirmou que o número de **lote VB31B91950** não corresponde a nenhum produto ALLERGAN.

Por outro lado, a referência que consta no blister do produto (94506JR) não corresponde à referência indicada na caixa (94141EC), conforme fotos infra.





Em Portugal, a comercialização do dispositivo em apreço encontra-se notificada, pelo que se recomenda a todos os intervenientes na cadeia de comercialização e utilizadores, o cuidado de verificar o lote dos produtos antes de proceder à sua disponibilização e/ou utilização.

As entidades que detetem o produto contrafeito não o podem utilizar, devendo a situação ser reportada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; e-mail: daps@infarmed.pt .

O Conselho Diretivo