

## Circular Informativa

---

N.º 172/CD/550.20.001

Data: 30/10/2020

Assunto: **Suspensão da comercialização das máscaras cirúrgicas, com marcação CE, do fabricante Interespuma – Indústrias de Poliuretanos, Lda.**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt); Linha do Medicamento: 800 222 444

---

Foi identificada a colocação no mercado nacional e comercialização de máscaras cirúrgicas tipo I, tipo II e tipo IIR, com as Ref.<sup>a</sup> MC01, Ref.<sup>a</sup> MC02 e Ref.<sup>a</sup> MC03, respetivamente, da marca Orthia, do fabricante Interespuma – Indústrias de Poliuretanos, Lda. **ostentando marcação CE indevida** por se ter verificado que a documentação técnica se encontra incompleta face ao estabelecido no Anexo VII do Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de junho, na sua atual redação.

Assim, o Infarmed determinou a imediata suspensão da comercialização no mercado nacional dos referidos dispositivos.

Mais se informa que poderão ser escoados e utilizados os produtos que já se encontrem no circuito de comercialização.

O Conselho Diretivo