
123
20
55
50
10
120
30
33
31
15
79
32
70
80
50
72.5
102.5
72.5
92.5
145
50
90
190
25T/kit
+2°C - +30°C
IVD
Genrui
EC REP
Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd
2595AA, The Hague, Netherlands
Email: peter@lotusnl.com
PRODUZIDO POR:
Genrui Biotech Inc.
4-10F, Building 3, Geya Technology Park
Guangming District, 518106 Shenzhen, China
6950334808107
30
120
30
143
Genrui
SARS-CoV-2 Teste Antígeno
(método de fluxo lateral)
Teste Rápido
Conteúdo Embalagem:
25× Cassete Teste
25× Tubo Solução Amostra
1 × Instruções Utilização
25× Zaragatoa Esterilizada
25× Saco Risco Biológico
Autoteste COVID-19 – Regime Excecional
25 TESTES
SARS-CoV-2 Teste Antígeno
5-6 VEZES
1 MINUTO
3-4 GOTAS
15-20 minutes
POSITIVO
NEGATIVO
INVÁLIDO
INVÁLIDO
1
Utilizando a zaragatoa, recolha a amostra seguindo as intruções do folheto.
2
Coloque a amostra dentro do tubo, em contacto com a solução e rode a zaragatoa 5-6 vezes contra as paredes do tubo.
3
Deixa repousar por 1minuto, depois disso apertar as paredes do tubo para espremer a amostra e retire a zaragatoa. Coloque a tampa no tubo e agite bem.
4
Retire a tampa branca do tubo, e com o mesmo na posição vertical, coloque 0,1mL (aprox.3~4 gotas) da solução na abertura da cassete de teste.
5
Aguarde 15 minutos e interprete o resultado do teste.
Os resultados do teste não deverão ser lidos quando passados 20 minutos ou mais.
REF
52026094
LOT