

Circular Informativa

N.º 007/CD/550.20.001

Data: 19/01/2021

Assunto: **Máscaras Dr. Family do fabricante Jinhua Jiadaifu Medical Supplies Co., Ltd.**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373;
E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

Na Suécia foi proibida a colocação no mercado dos dispositivos médicos **máscaras Dr. Family** do fabricante **Jinhua Jiadaifu Medical Supplies Co., Ltd**, dado aquelas não apresentarem marcação CE, nem declaração de conformidade.

Em Portugal, não foram identificados registos da comercialização de dispositivos médicos deste fabricante, mas, atendendo a que existe livre circulação de produtos no Espaço Económico Europeu, o Infarmed recomenda que os dispositivos supramencionados não sejam adquiridos nem utilizados.

A deteção, em Portugal, destes dispositivos deve ser reportada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; e-mail: daps@infarmed.pt.

O Conselho Diretivo