

Circular Informativa

N.º 042/CD/550.20.001

Data: 01/04/2021

Assunto: **Termómetro por infravermelhos sem contacto LEAGOO do fabricante SICHUAN LEAGOO INTELLIGENCE CO., Ltd.**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI);
Tel. 21 798 7373; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800
222 444

Na Suécia foi identificado o **termómetro por infravermelhos sem contacto LEAGOO**, do fabricante **SICHUAN LEAGOO INTELLIGENCE CO., Ltd.**, que não apresenta informação acerca do mandatário, pelo que não se encontra em conformidade com a legislação europeia.



Em Portugal, não foram identificados registos deste termómetro, mas, atendendo a que existe livre circulação de produtos no Espaço Económico Europeu, o Infarmed recomenda que o dispositivo supramencionado não seja adquirido nem utilizado.

A deteção, em Portugal, deste dispositivo deve ser reportada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; *e-mail*: daps@infarmed.pt.

O Vice-Presidente do Conselho Diretivo