

Circular Informativa

N.º 059/CD/550.20.001

Data: 07/06/2022

Assunto: **Máscaras descartáveis do fabricante Jiangu Sanmuguang Technology Co., Ltd. não conformes**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI);
Tel. 21 798 7373; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800
222 444

Na Alemanha foram identificadas máscaras descartáveis do fabricante Jiangu Sanmuguang Technology Co., Ltd. que se encontram não conformes de acordo com a legislação aplicável, ostentando marcação CE indevida.

Estas máscaras foram consideradas não conformes uma vez que na rotulagem do produto encontra-se identificado como mandatário a entidade HCM France. No entanto, a empresa HCM France informou não conhecer o produto.

Em Portugal, não foram identificados registos destas máscaras, mas, atendendo a que existe livre circulação de produtos no Espaço Económico Europeu, o Infarmed, I.P recomenda que o dispositivo supramencionado não seja adquirido nem utilizado.

Qualquer questão sobre o assunto pode ser dirigida à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed, I.P. através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; e-mail: daps@infarmed.pt.

O Vice-Presidente do Conselho Diretivo

(António Faria Vaz)

Anexo – Rotulagem

