

## Circular Informativa

N.º 062/CD/550.20.001

Data: 14/06/2022


Assunto: **Dispositivos médicos falsificados – Gel Lubrificante Íntimo pjur Original e pjur Light do fabricante pjur group Luxembourg S.A**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI);  
Tel. 21 798 7373; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt); Linha do Medicamento: 800  
222 444

Foi identificada no mercado europeu a falsificação dos dispositivos médicos *Gel Lubrificante Íntimo pjur*, modelos Original e Light, do fabricante pjur group Luxembourg S.A.. Tratam-se de dispositivos médicos cuja finalidade médica reivindicada pelo seu fabricante é o alívio dos sintomas de secura vaginal.

A distinção entre os produtos originais e os produtos falsificados é possível através da verificação da presença da marca do fabricante no fundo da embalagem, conforme fotos infra.



**(a) Dispositivo falsificado; (b) Dispositivo original**

Em Portugal, não foram identificados registos destes dispositivos, mas, atendendo a que existe livre circulação de produtos no Espaço Económico Europeu, o Infarmed recomenda que os dispositivos médicos sejam adquiridos junto de operadores

económicos devidamente legalizados, e que seja evitada a compra dos mesmos em domínios on-line.

Caso o produto falsificado seja detetado, o mesmo não deve ser adquirido nem utilizado.

A deteção, em Portugal, deste dispositivo deve ser reportada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; *e-mail*: [daps@infarmed.pt](mailto:daps@infarmed.pt).

O Vice-Presidente do Conselho Diretivo

(António Faria Vaz)